平成１５年４月１５日

各　位

扶桑薬品工業株式会社

人工腎臓用粉末型透析用剤「キドライム　Ｔ－３０」

（製造番号 T30314 以前製造分）使用中止のお願い

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、弊社が販売しております「キドライム　Ｔ－３０」の製造元であります富田製薬株式会社から、標記のとおり当該製品使用中止依頼の連絡がありました。

本剤に使用している炭酸水素ナトリウムに原料メーカー製造工程由来の微量のシリコン樹脂が混入していたことが判明したためです。

シリコン樹脂は水に不溶性であり、その粒子の大きさ（数ミクロン～数十ミクロン）から判断しますとダイアライザーの中空糸膜を通過しませんが、念のため当該製品のご使用を控えていただきますようお願いいたします。

富田製薬では、製造番号Ｔ３０３１５以降製造分の「キドライムＴ－３０」につきましては、炭酸水素ナトリウムの原料メーカーを他社に変更しております。

弊社といたしましては、製造番号Ｔ３０３１４（B末 Lot №３０３０１B）以前の製品を新しい製造番号の製品と交換させていただいているところでございます。

以上誠にご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご理解とご了承をお願いいたします。

なお、弊社「キンダリー」各種製品の炭酸水素ナトリウムは、以前より当該製品と異なる原料メーカー品を採用しております。

本件に関する弊社へのお問い合わせは、下記にご連絡をお願いいたします。

【連絡先】

扶桑薬品工業株式会社　広報担当　営業本部　　角野亀代一

〒５３６－８５２３　大阪市城東区森之宮 2 丁目３番１１号

TEL　０６－６９６９－１１３１　　FAX　０６－６９６９－２３４１