

# 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領 2018(2019年更新版)に準拠して作成

人工腎臓用透析液

処方箋医薬品

## キンダリー®透析剤AF2号

KINDALY® Hemodialysis Agents AF-2

## キンダリー®透析剤AF2P号

KINDALY® Hemodialysis Agents AF-2P

剤形	血液透析用剤	液体-液体製剤 (キンダリー透析剤 AF2号) 液体-粉末製剤 (キンダリー透析剤 AF2P号)											
製剤の規制区分	処方箋医薬品 (注意-医師等の処方箋により使用すること)												
規格・含量	IV-2.の項 参照												
一般名	和名: II-2.の項 参照 洋名: II-2.の項 参照												
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>製造販売承認年月日</td> <td>薬価基準収載年月日</td> <td>販売開始年月日</td> </tr> <tr> <td>AF2号(6L)</td> <td rowspan="3">2009年6月30日 (販売名変更による)</td> <td>1998年7月10日</td> <td>1998年9月21日</td> </tr> <tr> <td>AF2号(9L)</td> <td rowspan="2">1989年6月2日</td> <td rowspan="2">1989年6月2日</td> </tr> <tr> <td>AF2P号</td> </tr> </table>		製造販売承認年月日	薬価基準収載年月日	販売開始年月日	AF2号(6L)	2009年6月30日 (販売名変更による)	1998年7月10日	1998年9月21日	AF2号(9L)	1989年6月2日	1989年6月2日	AF2P号
	製造販売承認年月日	薬価基準収載年月日	販売開始年月日										
AF2号(6L)	2009年6月30日 (販売名変更による)	1998年7月10日	1998年9月21日										
AF2号(9L)		1989年6月2日	1989年6月2日										
AF2P号													
製造販売(輸入)・ 提携・販売会社名	製造販売元: 扶桑薬品工業株式会社												
医薬情報担当者の連絡先													
問い合わせ窓口	扶桑薬品工業株式会社 研究開発センター 学術室 TEL 06-6964-2763 FAX 06-6964-2706 (9:00~17:30/土日祝日を除く) 医療関係者向けホームページ <a href="https://www.fuso-pharm.co.jp/cnt/seihin/">https://www.fuso-pharm.co.jp/cnt/seihin/</a>												

本IFは2023年8月改訂の電子添文の記載に基づき改訂した。

最新の電子添文情報は、医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

# 目次

I. 概要に関する項目	2	(1)注意が必要な容器・包装，外観が特殊な容器・包装に関する情報	13
I-1 開発の経緯	2	(2)包装	13
I-2 製品の治療学的特性	2	(3)予備容量	13
I-3 製品の製剤学的特性	2	(4)容器の材質	13
I-4 適正使用に関して周知すべき特性	2	IV-11 別途提供される資材類	13
I-5 承認条件及び流通・使用上の制限事項	2	IV-12 その他	13
(1)承認条件	2		
(2)流通・使用上の制限事項	2		
I-6 RMP の概要	2		
II. 名称に関する項目	3	V. 治療に関する項目	14
II-1 販売名	3	V-1 効能又は効果	14
(1)和名	3	V-2 効能又は効果に関連する注意	14
(2)洋名	3	V-3 用法及び用量	14
(3)名称の由来	3	(1)用法及び用量の解説	14
II-2 一般名	3	(2)用法及び用量の設定経緯・根拠	14
(1)和名(命名法)	3	V-4 用法及び用量に関連する注意	14
(2)洋名(命名法)	3	V-5 臨床成績	15
(3)ステム	3	(1)臨床データパッケージ	15
II-3 構造式又は示性式	4	(2)臨床薬理試験	15
II-4 分子式及び分子量	4	(3)用量反応探索試験	15
II-5 化学名(命名法)又は本質	4	(4)検証的試験	15
II-6 慣用名，別名，略号，記号番号	4	1)有効性検証試験	15
		2)安全性試験	15
		(5)患者・病態別試験	15
		(6)治療的使用	15
		1)使用成績調査(一般使用成績調査，特定使用成績調査，使用成績比較調査)，製造販売後データベース調査，製造販売後臨床試験の内容	15
		2)承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要	15
		(7)その他	16
III. 有効成分に関する項目	5	VI. 薬効薬理に関する項目	17
III-1 物理化学的性質	5	VI-1 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	17
(1)外観・性状	5	VI-2 薬理作用	17
(2)溶解性	5	(1)作用部位・作用機序	17
(3)吸湿性	6	(2)薬効を裏付ける試験成績	17
(4)融点(分解点)，沸点，凝固点	6	(3)作用発現時間・持続時間	18
(5)酸塩基解離定数	6		
(6)分配係数	6	VII. 薬物動態に関する項目	19
(7)その他の主な示性値	6	VII-1 血中濃度の推移	19
III-2 有効成分の各種条件下における安定性	7	(1)治療上有効な血中濃度	19
III-3 有効成分の確認試験法，定量法	7	(2)臨床試験で確認された血中濃度	19
		(3)中毒域	19
		(4)食事・併用薬の影響	19
		VII-2 薬物速度論的パラメータ	19
		(1)解析方法	19
		(2)吸収速度定数	19
		(3)消失速度定数	19
		(4)クリアランス	19
		(5)分布容積	19
		(6)その他	19
		VII-3 母集団(ポピュレーション)解析	19
		(1)解析方法	19
		(2)パラメータ変動要因	19
		VII-4 吸収	20
IV. 製剤に関する項目	8		
IV-1 剤形	8		
(1)剤形の区別	8		
(2)製剤の外観及び性状	8		
(3)識別コード	8		
(4)製剤の物性	8		
(5)その他	8		
IV-2 製剤の組成	9		
(1)有効成分(活性成分)の含量及び添加剤	9		
(2)電解質等の濃度	9		
(3)熱量	10		
IV-3 添付溶解液の組成及び容量	10		
IV-4 力価	10		
IV-5 混入する可能性のある夾雑物	10		
IV-6 製剤の各種条件下における安定性	10		
IV-7 調製法及び溶解後の安定性	11		
IV-8 他剤との配合変化(物理化学的変化)	12		
IV-9 溶出性	12		
IV-10 容器・包装	13		

VII-5 分布	20	(7)その他の特殊毒性	26
(1)血液-脳関門通過性	20		
(2)血液-胎盤関門通過性	20		
(3)乳汁への移行性	20		
(4)髄液への移行性	20		
(5)その他の組織への移行性	20		
(6)血漿蛋白結合率	20		
VII-6 代謝	20		
(1)代謝部位及び代謝経路	20		
(2)代謝に関与する酵素(CYP等)の分子種, 寄与率	20		
(3)初回通過効果の有無及びその割合	20		
(4)代謝物の活性の有無及び活性比, 存在比率	20		
VII-7 排泄	20		
VII-8 トランスポーターに関する情報	20		
VII-9 透析等による除去率	21		
VII-10 特定の背景を有する患者	21		
VII-11 その他	21		
VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	22		
VIII-1 警告内容とその理由	22		
VIII-2 禁忌内容とその理由	22		
VIII-3 効能又は効果に関連する注意とその理由	22		
VIII-4 用法及び用量に関連する注意とその理由	22		
VIII-5 重要な基本的注意とその理由	22		
VIII-6 特定の背景を有する患者に関する注意	22		
(1)合併症・既往歴等のある患者	22		
(2)腎機能障害患者	22		
(3)肝機能障害患者	22		
(4)生殖能を有する者	22		
(5)妊婦	23		
(6)授乳婦	23		
(7)小児等	23		
(8)高齢者	23		
VIII-7 相互作用	23		
(1)併用禁忌とその理由	23		
(2)併用注意とその理由	23		
VIII-8 副作用	23		
(1)重大な副作用と初期症状	23		
(2)その他の副作用	23		
VIII-9 臨床検査結果に及ぼす影響	24		
VIII-10 過量投与	24		
VIII-11 適用上の注意	24		
VIII-12 その他の注意	25		
(1)臨床使用に基づく情報	25		
(2)非臨床試験に基づく情報	25		
IX. 非臨床試験に関する項目	26		
IX-1 薬理試験	26		
(1)薬効薬理試験	26		
(2)安全性薬理試験	26		
(3)その他の薬理試験	26		
IX-2 毒性試験	26		
(1)単回投与毒性試験	26		
(2)反復投与毒性試験	26		
(3)遺伝毒性試験	26		
(4)がん原性試験	26		
(5)生殖発生毒性試験	26		
(6)局所刺激性試験	26		
X. 管理的事項に関する項目	27		
X-1 規制区分	27		
X-2 有効期間	27		
X-3 包装状態での貯法	27		
X-4 取扱い上の注意	27		
X-5 患者向け資材	27		
X-6 同一成分・同効薬	28		
X-7 国際誕生年月日	28		
X-8 製造販売承認年月日及び承認番号, 薬価基準収載年月日, 販売開始年月日	28		
X-9 効能又は効果追加, 用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	28		
X-10 再審査結果, 再評価結果公表年月日及び その内容	28		
X-11 再審査期間	28		
X-12 投薬期間制限に関する情報	28		
X-13 各種コード	29		
X-14 保険給付上の注意	29		
X I. 文献	30		
XI-1 引用文献	30		
XI-2 その他の参考文献	30		
X II. 参考資料	31		
XII-1 主な外国での発売状況	31		
XII-2 海外における臨床支援情報	31		
X III. 備考	32		
X III-1 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うに あたっての参考情報	32		
(1)粉砕	32		
(2)崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性	32		
X III-2 その他の関連資料	32		

## 略語表

略語	略語内容	
BUN	Blood urea nitrogen	血中尿素窒素
Ca (Ca <sup>2+</sup> )	Calcium (Calcium ion)	カルシウム (カルシウムイオン)
Cl (Cl <sup>-</sup> )	Chlorine (Chloride ion)	塩素 (塩化物イオン)
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Bicarbonate ion	重炭酸イオン
K (K <sup>+</sup> )	Potassium (Potassium ion)	カリウム (カリウムイオン)
Mg (Mg <sup>2+</sup> )	Magnesium (Magnesium ion)	マグネシウム (マグネシウムイオン)
Na (Na <sup>+</sup> )	Sodium (Sodium ion)	ナトリウム (ナトリウムイオン)

# I. 概要に関する項目

## 1. 開発の経緯

透析液のアルカリ化剤として最も生理的である重炭酸ナトリウムを配合した透析液は、それまでの酢酸透析に比べ酸・塩基平衡是正効果に優れ、また透析中の愁訴発現頻度が低下する等の有用性が認められ、重炭酸透析は透析医療の主流に位置づけられるに至った。

一方、糖尿病性腎症による慢性腎不全例の増加や、腎不全症例及び透析患者における糖代謝研究の進歩に伴い、ブドウ糖を含有した透析液の必要性が指摘されている<sup>1)</sup>。

キンダリー液 AF-2 号、キンダリー液 AF-2P 号及びキンダリー液 AF-2S 号(-2S 号は 2008 年 10 月製造中止案内)はこのような透析医療の進歩に応えるために開発し、1988 年 11 月に承認されたものである。

「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」(平成 12 年 9 月 19 日医薬発第 935 号)により、2009 年 6 月 30 日付でキンダリー液 AF-2 号・AF-2P 号から、キンダリー透析剤 AF2 号・AF2P 号へ販売名変更の承認を受けた。

## 2. 製品の治療学的特性

生理的糖濃度である 100mg/dL のブドウ糖を配合した糖加重炭酸透析液であり、糖尿病性腎症による慢性腎不全例に対する透析治療に適した処方となっている。

## 3. 製品の製剤学的特性

本品は、生理的糖濃度である 100mg/dL のブドウ糖を配合し、さらに電解質組成 ( $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ ) に若干の変更を加えた糖加重炭酸透析液であり、重炭酸イオンとカルシウム、マグネシウムイオンの沈殿を防止するため、二剤に分けて製剤化したものである。

また、これら 2 品目は重炭酸型透析液供給装置の機種にあわせて使用できるように剤形及び成分含量が若干異なるが、定量混合希釈調製後(使用時)の糖・電解質組成は全く同一である。

## 4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資料、最適使用推進ガイドライン等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として作成されている資料	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

## 5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

### (1) 承認条件

特になし

### (2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

## 6. RMP の概要

該当しない (RMP 策定対象外の事例)

## II. 名称に関する項目

### 1. 販売名

#### (1) 和名

キンダリー®透析剤 AF2 号

キンダリー®透析剤 AF2P 号

#### (2) 洋名

KINDALY® Hemodialysis Agents AF-2

KINDALY® Hemodialysis Agents AF-2P

#### (3) 名称の由来

KINDALY® は Kidney（腎臓）と Dialysis（透析）の二つの単語を合成したものである。

AF、P については下記の意味であり、2 は 2 番目の意味である。

AF : Acetate Free（重炭酸透析液：ただし pH 調節剤として酢酸を含有する）

P : Powder（B 末が粉末）

### 2. 一般名

#### (1) 和名(命名法)

- ①塩化ナトリウム（JAN）
- ②塩化カリウム（JAN）
- ③塩化カルシウム水和物（JAN）
- ④塩化マグネシウム（JAN）
- ⑤無水酢酸ナトリウム（局外規）
- ⑥ブドウ糖（JAN）
- ⑦炭酸水素ナトリウム（JAN）

#### (2) 洋名(命名法)

- ①Sodium Chloride（JAN）
- ②Potassium Chloride（JAN）
- ③Calcium Chloride Hydrate（JAN）
- ④Magnesium Chloride（JAN）
- ⑤Anhydrous Sodium Acetate（局外規）
- ⑥Glucose（JAN）
- ⑦Sodium Bicarbonate（JAN）


#### (3) ステム

該当しない

## II. 名称に関する項目

### 3. 構造式又は示性式

- ①NaCl
- ②KCl
- ③CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O
- ④MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O
- ⑤CH<sub>3</sub>COONa
- ⑥



$\alpha$ -D-グルコピラノース : R<sup>1</sup>=H, R<sup>2</sup>=OH  
 $\beta$ -D-グルコピラノース : R<sup>1</sup>=OH, R<sup>2</sup>=H

- ⑦NaHCO<sub>3</sub>

### 4. 分子式及び分子量

- ①分子式 : NaCl 分子量 : 58.44
- ②分子式 : KCl 分子量 : 74.55
- ③分子式 : CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O 分子量 : 147.01
- ④分子式 : MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O 分子量 : 203.3
- ⑤分子式 : C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> 分子量 : 82.03
- ⑥分子式 : C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> 分子量 : 180.16
- ⑦分子式 : NaHCO<sub>3</sub> 分子量 : 84.01

### 5. 化学名(命名法)又は本質

- ①Sodium Chloride (IUPAC)
- ②Potassium Chloride (IUPAC)
- ③Calcium Chloride Dihydrate (IUPAC)
- ④Magnesium Chloride Hexahydrate (IUPAC)
- ⑤Sodium Acetate (IUPAC)
- ⑥D-Glucopyranose (JP)
- ⑦Sodium Hydrogen Carbonate (IUPAC)

### 6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号

治験番号 : K-AF・2 (キンダリー透析剤 AF2 号)  
K-AF・2P (キンダリー透析剤 AF2P 号)

- ①食塩
- ②～⑤該当しない
- ⑥Tz(ツッカー)
- ⑦重曹、重炭酸ナトリウム

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

#### 1. 物理化学的性質

##### (1) 外観・性状

###### A 液

- ・塩化ナトリウム (NaCl) : 無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。
- ・塩化カリウム (KCl) : 無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は塩辛い。
- ・塩化カルシウム水和物 (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) : 白色の粒又は塊で、においはない。
- ・塩化マグネシウム (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) : 無色の結晶又は塊で、においはない。
- ・無水酢酸ナトリウム (CH<sub>3</sub>COONa) : 白色の結晶性の粉末又は塊で、においはないか、又はわずかに酢酸臭があり、清涼な塩味があり、わずかに苦い。
- ・ブドウ糖 (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) : 白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は甘い。

###### B 液及び B 末

- ・炭酸水素ナトリウム (NaHCO<sub>3</sub>) : 白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、特異な塩味がある。

##### (2) 溶解性

###### A 液

- ・塩化ナトリウム (NaCl) : 水に溶けやすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。
- ・塩化カリウム (KCl) : 水に溶けやすく、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
- ・塩化カルシウム水和物 (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) : 水に極めて溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
- ・塩化マグネシウム (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) : 水に極めて溶けやすく、エタノール(95)に溶けやすい。
- ・無水酢酸ナトリウム (CH<sub>3</sub>COONa) : 水に溶けやすく、エタノール(95)又は酢酸(100)にやや溶けやすく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。
- ・ブドウ糖 (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) : 水に溶けやすく、エタノール(95)に溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

###### B 液及び B 末

- ・炭酸水素ナトリウム (NaHCO<sub>3</sub>) : 水にやや溶けやすく、エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。



### Ⅲ. 有効成分に関する項目

#### (3) 吸湿性

##### A 液

- ・塩化ナトリウム (NaCl) : 純品では吸湿性はない。
- ・塩化カリウム (KCl) : 資料なし
- ・塩化カルシウム水和物 (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) : 潮解性がある。
- ・塩化マグネシウム (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) : 潮解性がある。
- ・無水酢酸ナトリウム (CH<sub>3</sub>COONa) : 吸湿性がある。
- ・ブドウ糖 (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) : 資料なし

##### B 液及び B 末

- ・炭酸水素ナトリウム (NaHCO<sub>3</sub>) : 湿った空气中で徐々に分解する。

#### (4) 融点(分解点), 沸点, 凝固点

##### A 液

- ・塩化ナトリウム (NaCl) : 資料なし
- ・塩化カリウム (KCl) : 融点 768°C、沸点 1411°C
- ・塩化カルシウム水和物 (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) : 資料なし
- ・塩化マグネシウム (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) : 資料なし
- ・無水酢酸ナトリウム (CH<sub>3</sub>COONa) : 資料なし
- ・ブドウ糖 (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) : 融点 146°C (α型)

##### B 液及び B 末

- ・炭酸水素ナトリウム (NaHCO<sub>3</sub>) : 資料なし

#### (5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

#### (6) 分配係数

該当資料なし

#### (7) その他の主な示性値

##### A 液

- ・塩化ナトリウム (NaCl) : 比重 2.17
- ・塩化カリウム (KCl) : 水溶液 (1→10) は中性である。比重 1.98
- ・塩化カルシウム水和物 (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O) : 1.0g を新たに煮沸して冷却した水 20mL に溶かした液の pH は 4.5~9.2 である。
- ・塩化マグネシウム (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O) : 1.0g を水に溶かし、20mL とした液の pH は 5.0~7.0 である。
- ・無水酢酸ナトリウム (CH<sub>3</sub>COONa) : 2.5g を水 50mL に溶かした液の pH は 8.0~9.0 である。
- ・ブドウ糖 (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) : 比重 1.544 (25°C)、旋光度 [α]<sub>D</sub><sup>20</sup> +52.6~+53.2°

##### B 液及び B 末

- ・炭酸水素ナトリウム (NaHCO<sub>3</sub>) : 1.0g を水 20mL に溶かした液の pH は 7.9~8.4 である。比重 2.20

### Ⅲ. 有効成分に関する項目

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

#### 3. 有効成分の確認試験法、定量法

##### 確認試験法

##### A 液

塩化ナトリウム	ナトリウム塩及び塩化物の定性反応
塩化カリウム	カリウム塩及び塩化物の定性反応
塩化カルシウム水和物	カルシウム塩及び塩化物の定性反応
塩化マグネシウム	マグネシウム塩及び塩化物の定性反応
ブドウ糖	フェーリング試液による還元糖の検出
無水酢酸ナトリウム	酢酸塩及びナトリウム塩の定性反応

##### B 液及び B 末

炭酸水素ナトリウム	ナトリウム塩及び炭酸水素塩の定性反応
-----------	--------------------

##### 定量法

##### A 液

塩化ナトリウム	硝酸銀液による滴定
塩化カリウム	
塩化カルシウム水和物	エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウムによる滴定
塩化マグネシウム	
ブドウ糖	旋光度測定法
無水酢酸ナトリウム	過塩素酸による電位差滴定

##### B 液及び B 末

炭酸水素ナトリウム	硫酸による中和滴定
-----------	-----------

## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形

#### (1) 剤形の区別

キンダリー透析剤 AF2 号:本剤は A 液及び B 液を使用時に混合・希釈して用いる透析液である。

キンダリー透析剤 AF2P 号:本剤は A 液及び B 末を使用時に混合・希釈して用いる透析液である。

#### (2) 製剤の外観及び性状

##### キンダリー透析剤 AF2 号

A 液:無色澄明の液である。

B 液:無色澄明の液である。

##### キンダリー透析剤 AF2P 号

A 液:無色澄明の液である。

B 末:白色の結晶又は結晶性の粉末である。

#### (3) 識別コード

該当しない

#### (4) 製剤の物性

##### A 液

品目	pH	浸透圧比
キンダリー透析剤 AF2 号	4.5~4.9	0.7~0.8
キンダリー透析剤 AF2P 号		(水で 35 倍希釈した液) (生理食塩液に対する比)

##### B 液及び B 末

品目	pH	浸透圧比
キンダリー透析剤 AF2 号		4.9~5.4
キンダリー透析剤 AF2P 号		(5 倍希釈後測定し換算した値) (生理食塩液に対する比)

溶解、混合・希釈時: pH 7.3~7.5、浸透圧比 0.95~1.00

#### (5) その他

該当しない

IV. 製剤に関する項目

2. 製剤の組成

(1) 有効成分(活性成分)の含量及び添加剤

キンダリー透析剤 AF2 号

A 液

成分		容量	
		6L	9L
有効成分	日局 塩化ナトリウム	1,276.2g	1,914.3g
	日局 塩化カリウム	31.32g	46.98g
	日局 塩化カルシウム水和物	46.32g	69.48g
	塩化マグネシウム	21.36g	32.04g
	無水酢酸ナトリウム	103.2g	154.8g
	日局 ブドウ糖	210.0g	315.0g
添加剤	日局 氷酢酸	25.20g	37.80g

B 液

成分		容量	
		7.56L	11.34L
有効成分	日局 炭酸水素ナトリウム	529.2g	793.8g

キンダリー透析剤 AF2P 号

	成分		容量
			10L
A 液	有効成分	日局 塩化ナトリウム	2,127.0g
		日局 塩化カリウム	52.20g
		日局 塩化カルシウム水和物	77.20g
		塩化マグネシウム	35.60g
		無水酢酸ナトリウム	172.0g
		日局 ブドウ糖	350.0g
	添加剤	日局 氷酢酸	42.00g
B 末	成分		1 包 (882g)
	有効成分	日局 炭酸水素ナトリウム	882g

(2) 電解質等の濃度

< 希釈調製後の糖・電解質濃度 (理論値) >

電解質濃度 (mEq/L)							ブドウ糖 (mg/dL)
Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Mg <sup>2+</sup>	Cl <sup>-</sup>	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>
140	2.0	3.0	1.0	110	8 <sup>*</sup>	30	100

※ pH 調節剤氷酢酸の CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup> 2mEq/L を含む。

IV. 製剤に関する項目

(3) 熱量

該当しない

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない


4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

A 液：ブドウ糖 → 5-ヒドロキシメチルフルフラール類

A 液と B 液・B 末混合後：



6. 製剤の各種条件下における安定性<sup>2)</sup>

製 品	試験名	保存条件	保存期間	保存形態	試験結果
AF2 号 (A 液 9L)	長期保存試験	室温	2 年	最終包装	変化なし
	加温加湿保存試験	40°C±1°C、 75%RH±5%RH	6 ヶ月	直接容器	変化なし
	苛酷試験	光	1000 lx	10 日	直接容器
AF2 号 (B 液 11.34L)	長期保存試験	室温	2 年	直接容器	変化なし
	加温加湿保存試験	40°C±1°C、 75%RH±5%RH	6 ヶ月	直接容器	変化なし
	苛酷試験	光	1000 lx	10 日	直接容器
AF2 号 (A 液 6L)	長期保存試験	室温	2 年	最終包装	変化なし
AF2 号 (B 液 7.56L)	長期保存試験	室温	2 年	最終包装	変化なし
AF2P 号 (A 液 10L)	長期保存試験	室温	3 年	直接容器	変化なし
	加温加湿保存試験	40°C±1°C、 75%RH±5%RH	6 ヶ月	直接容器	変化なし
	苛酷試験	光	1000 lx	10 日	直接容器
AF2P 号 (B 末)	長期保存試験	室温	3 年	直接容器	変化なし
	加温加湿保存試験	40°C±1°C、 75%RH±5%RH	6 ヶ月	直接容器	変化なし
	苛酷試験	光	1000 lx	10 日	直接容器

#### IV. 製剤に関する項目

##### 7. 調製法及び溶解後の安定性

定量混合希釈液（使用時透析液）の安定性については、表に示したとおり、38℃±1℃で放置しておくとし調製後3時間目より、pHが7.5以上となり、カルシウムの炭酸塩の沈殿が認められるようになる。しかし、透析液連続供給装置を使用して透析液を使用する際に要する時間は多人数用供給装置の場合で長くみても30分以内であることから、十分臨床上使用できる。

##### 【キンダリー透析剤 AF2 号の混合後の pH、浸透圧、各電解質濃度及び糖濃度の変化（変化率%） （n=3）】

測定項目 時間	pH		浸透圧		浸透圧比		Na <sup>+</sup>	
	平均値	変化率 (%)	平均値 (mOsm)	変化率 (%)	平均値	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)
調製時	7.23	100	277	100	0.97	100	139.9	100
1hr	7.35	101.7	277	100.0	0.97	100.0	140.3	100.3
2hr	7.41	102.5	278	100.4	0.97	100.0	140.8	100.6
3hr	7.51	103.9	277	100.0	0.97	100.0	140.3	100.3
4hr	7.57	104.7	276	99.6	0.97	100.0	140.2	100.2
5hr	7.62	105.4	277	100.0	0.97	100.0	139.8	99.9
6hr	7.69	106.4	276	99.6	0.97	100.0	138.7	99.1

測定項目 時間	K <sup>+</sup>		Ca <sup>2+</sup>		Mg <sup>2+</sup>		Cl <sup>-</sup>	
	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)
調製時	2.03	100	3.00	100	1.01	100	112.1	100
1hr	2.04	100.5	2.92	97.3	0.99	98.0	112.1	100.0
2hr	2.04	100.5	2.89	96.3	1.00	99.0	112.1	100.0
3hr	2.00	98.5	2.87	95.7	1.00	99.0	112.1	100.0
4hr	2.03	100.0	2.80	93.3	1.00	99.0	112.1	100.0
5hr	2.03	100.0	2.75	91.7	0.99	98.0	112.2	100.1
6hr	2.00	98.5	2.71	90.3	1.00	99.0	112.1	100.0

測定項目 時間	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup>		ブドウ糖		沈殿析出
	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mg/dL)	変化率 (%)	
調製時	30.5	100	7.70	100	100.6	100	
1hr	30.3	99.3	7.75	100.6	100.4	99.8	
2hr	29.0	95.1	7.81	101.4	100.0	99.4	
3hr	28.1	92.1	7.75	100.6	101.0	100.4	×
4hr	27.3	89.5	7.69	99.9	101.6	101.0	×
5hr	26.6	87.2	7.76	100.8	100.4	99.8	×
6hr	26.0	85.2	7.74	100.5	100.2	99.6	×

×：沈殿生成を認める

IV. 製剤に関する項目

【キンダリー透析剤 AF2P 号の混合後の pH、浸透圧、各電解質濃度及び糖濃度の変化（変化率％）  
（n=3）】

測定項目 時間	pH		浸透圧		浸透圧比		Na <sup>+</sup>	
	平均値	変化率 (%)	平均値 (mOsm)	変化率 (%)	平均値	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)
調製時	7.23	100	277	100	0.97	100	140.2	100
1hr	7.35	101.7	276	99.6	0.96	99.0	139.8	99.7
2hr	7.42	102.6	277	100.0	0.97	100.0	139.9	99.8
3hr	7.53	104.1	276	99.6	0.97	100.0	139.7	99.6
4hr	7.59	105.0	277	100.0	0.97	100.0	139.6	99.6
5hr	7.65	105.8	277	100.0	0.97	100.0	140.0	99.9
6hr	7.69	106.4	277	100.0	0.97	100.0	139.8	99.7

測定項目 時間	K <sup>+</sup>		Ca <sup>2+</sup>		Mg <sup>2+</sup>		Cl <sup>-</sup>	
	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)
調製時	2.03	100	2.98	100	1.01	100	111.8	100
1hr	2.02	99.5	2.98	100.0	0.99	98.0	111.7	99.9
2hr	2.00	98.5	2.92	98.0	0.99	98.0	111.8	100.0
3hr	1.98	97.5	2.87	96.3	0.99	98.0	111.9	100.1
4hr	2.02	99.5	2.80	94.0	0.99	98.0	111.8	100.0
5hr	2.02	99.5	2.74	91.9	0.98	97.0	111.8	100.0
6hr	1.99	98.0	2.67	89.6	0.98	97.0	111.8	100.0

測定項目 時間	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup>		ブドウ糖		沈殿析出
	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mEq/L)	変化率 (%)	平均値 (mg/dL)	変化率 (%)	
調製時	30.4	100	7.75	100	102.6	100	
1hr	30.2	99.3	7.78	100.4	100.6	98.1	
2hr	28.8	94.7	7.76	100.1	100.2	97.7	
3hr	28.1	92.4	7.73	99.7	101.6	99.0	×
4hr	27.2	89.5	7.75	100.0	101.0	98.4	×
5hr	26.1	85.9	7.75	100.0	99.8	97.3	×
6hr	25.6	84.2	7.88	101.7	100.4	97.9	×

×：沈殿生成を認める

8. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当しない

9. 溶出性

該当しない

#### IV. 製剤に関する項目

### 10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装, 外観が特殊な容器・包装に関する情報

X-4. の項 参照

### (2) 包装

キンダリー透析剤 AF2 号

A 液・B 液×1

$\left( \begin{array}{ll} \text{A 液} & 6\text{L (プラスチック容器) 1 本} \\ \text{B 液} & 7.56\text{L (プラスチック容器) 1 本} \end{array} \right) \times 1$

A 液・B 液×1

$\left( \begin{array}{ll} \text{A 液} & 9\text{L (プラスチック容器) 1 本} \\ \text{B 液} & 11.34\text{L (プラスチック容器) 1 本} \end{array} \right) \times 1$

キンダリー透析剤 AF2P 号

A 液・B 末×2

$\left( \begin{array}{ll} \text{A 液} & 10\text{L (プラスチック容器) 1 本} \\ \text{B 末} & 882\text{g} \quad \quad \quad 1 \text{ 包} \end{array} \right) \times 2$

### (3) 予備容量

該当しない

### (4) 容器の材質

ポリエチレン

### 11. 別途提供される資材類

特になし

### 12. その他

希釈調製後の総浸透圧 (理論値) : 298mOsm



## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として用いる。(無糖の透析液では血糖値管理の困難な患者及び他の重炭酸型透析液では高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合、又は高カルシウム血症を起こすおそれのある場合に用いる。)

### 2. 効能又は効果に関連する注意

#### 5. 効能・効果に関連する注意

5.1 本剤は慢性腎不全に対する通常の血液透析に使用するが、本剤の特徴や次の事項を考慮して使用すること。[8.1、8.2 参照]

5.1.1 本剤はブドウ糖を含む製剤(使用時：100mg/dL)であるので、ブドウ糖を含まない透析液では、透析中血糖値の急激な低下等、良好な血糖コントロールの困難な場合に使用する。

5.1.2 本剤はカリウム、カルシウム、マグネシウム濃度の低い製剤であるので、次のような場合に使用する。

(1) カリウム、マグネシウム濃度の高い透析液では、高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合

(2) 活性型ビタミンD<sub>3</sub>製剤やリン吸着剤としてカルシウム製剤等の薬剤使用中で、カルシウム濃度の高い透析液では、高カルシウム血症を起こすおそれのある場合

### 3. 用法及び用量

#### (1) 用法及び用量の解説

##### キンダリー透析剤 AF2 号

通常、A液：B液：希釈水＝1：1.26：32.74の希釈・調製比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用する。

用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として150～300Lを用いる。

##### キンダリー透析剤 AF2P 号

通常、A液：(B末水溶液＋希釈水)＝1：34の希釈・調製比率の重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う場合の灌流液として使用する。すなわち、B末を精製水又は注射用水に溶かし、炭酸水素ナトリウム882gに対応する容量をとり、これにA液10L及び水を加えて350Lとする。

用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として150～300Lを用いる。

#### (2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

本剤は定量混合希釈後、透析液として用いられている。透析液流量は通常500mL/分であり、1回あたり5～10時間、週2～3回の透析が実施されていると考え、本剤の用量を150～300Lと設定した。

### 4. 用法及び用量に関連する注意

設定されていない

## V. 治療に関する項目

### 5. 臨床成績

#### (1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

#### (2) 臨床薬理試験

該当資料なし

#### (3) 用量反応探索試験

該当資料なし

#### (4) 検証的試験

##### 1) 有効性検証試験

##### 2) 安全性試験

###### ◇同一患者における比較試験<sup>3, 4)</sup>

血液透析施行中の慢性腎不全患者 214 例を対象として、同一患者で、対照薬の本剤よりも Na 濃度が低く、K、Ca、Mg 濃度の高い無糖重炭酸透析液、本剤の順序で各 3 ヶ月間使用して、比較試験を実施した。その結果、本剤の蛋白代謝物除去率、酸・塩基平衡に対する効果は、対照薬使用時と差がなかった。血清電解質は、透析液電解質組成を反映した変動を示した。また、本剤では対照薬使用時と比較して、血糖値変動の少ない透析が可能であった。副作用は、口渇、高血糖が認められ、それぞれ 0.47% (1/214 例) であった。

###### ◇二群比較試験<sup>5)</sup>

血液透析施行中の慢性腎不全患者 162 例を対象として、本剤 (78 例) と対照薬の本剤よりも Na 濃度が低く、K、Ca、Mg 濃度の高い無糖重炭酸透析液 (84 例) を 3 ヶ月使用して、二群比較試験を実施した。その結果、本剤の蛋白代謝産物除去効果、電解質・酸塩基平衡異常是正効果は対照薬と有意差がなかった。また、本剤では透析中の血糖値の低下が対照薬に比べて有意に抑制され、血圧低下など透析中の愁訴、症状の発生頻度も有意に低下していた。本剤使用時の副作用は認められなかった。

#### (5) 患者・病態別試験

該当資料なし

#### (6) 治療的使用

##### 1) 使用成績調査 (一般使用成績調査, 特定使用成績調査, 使用成績比較調査), 製造販売後データベース調査, 製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

##### 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当資料なし

V. 治療に関する項目

(7) その他

特になし

## VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

糖、電解質配合剤

### 2. 薬理作用

#### (1) 作用部位・作用機序

透析液は血液透析療法に用いられ、透析液と血液が透析器の透析膜を介して接することで拡散と限外濾過を行い体液の異常を是正する<sup>6)</sup>。

#### (2) 薬効を裏付ける試験成績<sup>3)</sup>

長期血液透析施行中の慢性腎不全患者に対する本剤の効果を、本剤よりも Na 濃度が低く、K、Ca、Mg 濃度の高い従来の無糖重炭酸透析液と比較した。

#### ◇血糖コントロール

本剤は生理的糖濃度である 100mg/dL のブドウ糖を含有し、無糖である対照薬使用時と比較して、透析中の血糖値変動の少ない透析が可能となり、特に比較的血糖値の高い糖尿病症例では、透析開始後 1~2 時間目におこる血糖値の低下が軽度であった。

また、糖尿病症例と非糖尿病症例の比較では著差はなく、100mg/dL は糖尿病症例、非糖尿病症例の両者において血糖維持効果の得られる濃度であることが示されている。

#### ◇電解質に及ぼす影響

それぞれの電解質については次のような成績が得られている。

- 1) Na : 透析中に発生する血圧低下や不均衡症候群の一因として、透析液中と血清中の Na 濃度差に起因する急激な血清浸透圧の低下が考えられている。本剤の Na 濃度は正常血清 Na 濃度と同じ 140mEq/L に処方されており、135mEq/L である対照薬使用時に比し、より正常血清値に近い値を維持することが可能であった。
- 2) K : 透析患者の完全社会復帰を指向して食事制限は緩和される傾向にあり、K 摂取を厳密にコントロールできない状況下での K 濃度としては 2.0mEq/L が至適であると考えられる。本剤は 2.5mEq/L である対照薬に比し、より効果的に K を除去することが示されている。
- 3) Ca : 活性型ビタミン D<sub>3</sub> 製剤の使用が一般化し、透析液からの Ca 補給は必ずしも必要ではなくなり、Ca 濃度は血漿中の diffusible fraction に相当する 3.0mEq/L に処方されている。本剤使用時の透析後血清 Ca 値は、3.5mEq/L である対照薬使用時と比べ有意に低く、ビタミン D 剤のような薬剤処方の幅を広くし得ることが示唆された。
- 4) Mg : Mg は Ca と共に骨代謝に関連する電解質で、1.5mEq/L では高 Mg 血症改善には高濃度気味であり、また低すぎると PTH 分泌を惹起する危険性があること等を考慮し、1.0mEq/L に処方している。1.5mEq/L である対照薬に比べ、本剤使用時の透析後血清 Mg 値は有意に低下していた。

#### IV. 薬効薬理に関する項目

##### ◇酸・塩基平衡

本剤の  $\text{HCO}_3^-$  濃度は対照薬と等しいため、pH、 $\text{pCO}_2$ 、 $\text{pO}_2$ 、 $\text{HCO}_3^-$ 、BE に対する効果は対照薬使用時と差がなく、direct な形でのアシドーシス是正効果を示していた。

##### (3) 作用発現時間・持続時間

該当しない

## Ⅶ. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移

#### (1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

#### (2) 臨床試験で確認された血中濃度

該当資料なし

#### (3) 中毒域

該当資料なし

#### (4) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

### 2. 薬物速度論的パラメータ

#### (1) 解析方法

該当資料なし

#### (2) 吸収速度定数

該当資料なし

#### (3) 消失速度定数

該当資料なし

#### (4) クリアランス

該当資料なし

#### (5) 分布容積

該当資料なし

#### (6) その他

該当資料なし

### 3. 母集団(ポピュレーション)解析

#### (1) 解析方法

該当資料なし

#### (2) パラメータ変動要因

該当資料なし

## Ⅶ. 薬物動態に関する項目

### 4. 吸収

該当資料なし

### 5. 分布

#### (1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

#### (2) 血液-胎盤関門通過性

該当資料なし

#### (3) 乳汁への移行性

該当資料なし

#### (4) 髄液への移行性

該当資料なし

#### (5) その他の組織への移行性

該当資料なし

#### (6) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

### 6. 代謝

#### (1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

#### (2) 代謝に関与する酵素(CYP等)の分子種, 寄与率

該当資料なし

#### (3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

#### (4) 代謝物の活性の有無及び活性比, 存在比率

該当資料なし

### 7. 排泄

該当資料なし

### 8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

Ⅶ. 薬物動態に関する項目

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

該当資料なし

11. その他

特になし



## Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

設定されていない

### 2. 禁忌内容とその理由

設定されていない

### 3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

「V-2. 効能又は効果に関連する注意」を参照すること。

### 4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

設定されていない

### 5. 重要な基本的注意とその理由

#### 8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用に際しては、定期的に血液検査（電解質、酸・塩基平衡、BUN、クレアチニン、尿酸、血糖等）を行うことが望ましい。[5.1 参照]

8.2 長期使用する場合には、骨代謝異常があらわれることがあるので、定期的に臨床検査（生化学検査、X線検査等）を行い、活性型ビタミンD<sub>3</sub>製剤投与等の適切な処置を行うこと。  
[5.1 参照]

### 6. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### (1) 合併症・既往歴等のある患者

#### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

##### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

##### 9.1.1 高度の肝障害又は重症糖尿病等による酢酸代謝障害のある患者

酢酸による末梢血管拡張作用、心機能抑制作用により、血圧低下等があらわれるおそれがある。

##### 9.1.2 アルミニウム骨症の患者

骨塩量を定期的に測定し、低下する場合はカルシウム濃度の高い透析液を用いること。骨塩量が低下することがある。

#### (2) 腎機能障害患者

設定されていない

#### (3) 肝機能障害患者

設定されていない

#### (4) 生殖能を有する者

設定されていない

## Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### (5) 妊婦

#### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

### (6) 授乳婦

設定されていない

### (7) 小児等

#### 9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

### (8) 高齢者

設定されていない

## 7. 相互作用

### (1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

### (2) 併用注意とその理由

#### 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジギタリス強心配糖体 ジゴキシン メチルジゴキシン等	ジギタリス中毒を起こすおそれがある。	本剤を使用した透析により、血清カリウム値が低下する可能性がある。

## 8. 副作用

### (1) 重大な副作用と初期症状

### (2) その他の副作用

#### 11. 副作用

透析療法により次の症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には症状に応じて適切な処置を行うこと。

	症状
循環器	循環血液量の急激な減少による低血圧、ショック症状、血圧上昇
カルシウム代謝異常	骨代謝異常（骨粗鬆症、骨軟化症、線維性骨炎等）、異所性石灰沈着症
血糖	低血糖、高血糖
体重・血圧	体重増加、血圧上昇傾向（口渇感増強等による水分摂取増加）
不均衡症候群	頭痛、悪心、嘔吐、痙攣、意識混濁、不快・倦怠感等

## Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### 9. 臨床検査結果に及ぼす影響

VI-2. (2)の項 参照

### 10. 過量投与

設定されていない

### 11. 適用上の注意

#### キンダリー透析剤 AF2 号

#### 14. 適用上の注意

##### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。

14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。

- ・ A液(電解質・ブドウ糖溶液)及びB液(炭酸水素ナトリウム溶液)は、各々単独では使用しないこと。
- ・ A液及びB液は、濃厚液の状態では混合しないこと。

14.1.3 定められた希釈液として調製すること。

希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。

- ・ 濃度が高すぎた場合：意識障害、血圧上昇、動悸、頭痛
- ・ 濃度が低すぎた場合：意識障害、急激な血圧低下、胸内苦悶、全身倦怠、四肢のしびれ感

14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。

14.1.5 透析液の浸透圧比が0.95～1.00の範囲にあることを確認すること。

浸透圧比は生理食塩液の浸透圧(286mOsm)に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。

14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.3～7.5の範囲内にあることを確認すること。

14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。

14.1.8 残液は使用しないこと。

##### 14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 本剤は注射又は腹膜灌流に用いないこと。

14.2.2 血清浸透圧と透析液浸透圧とのバランスを保つこと。

14.2.3 透析液中の沈殿の有無を透析器前の透析液回路で確認し、沈殿を生じた透析液は使用しないこと。

##### 14.3 薬剤使用後の注意

本剤は他の酢酸含有重炭酸型透析液よりpHが高くなり、炭酸塩が析出するおそれがある。そのため、透析装置、配管等の酸洗浄を頻回に行うことが望ましい。

## Ⅷ. 安全性(使用上の注意等)に関する項目

### キンダリー透析剤 AF2P 号

#### 14. 適用上の注意

##### 14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 透析用水の水質は、(一社)日本透析医学会が定める最新の透析液水質基準を参照すること。

14.1.2 調製時には、以下の点に注意すること。

- ・ A液(電解質・ブドウ糖溶液)及びB末(炭酸水素ナトリウム)は、各々単独では使用しないこと。
- ・ A液とB末は、直接混合し溶解しないこと。
- ・ A液及び溶解したB末は、濃厚液の状態では混合しないこと。

14.1.3 定められた希釈液として調製すること。

希釈濃度が不正確な場合は、以下のような症状を起こすことがあるので注意すること。

- ・ 濃度が高すぎた場合：意識障害、血圧上昇、動悸、頭痛
- ・ 濃度が低すぎた場合：意識障害、急激な血圧低下、胸内苦悶、全身倦怠、四肢のしびれ感

14.1.4 使用前に透析液の電解質濃度を測定し、それらが適正であることを確認すること。

14.1.5 透析液の浸透圧比が0.95～1.00の範囲にあることを確認すること。

浸透圧比は生理食塩液の浸透圧(286mOsm)に対する透析液の浸透圧測定値の比より求める。

14.1.6 透析液のpHは透析用水等の影響で若干の変動があり得るので、使用前にpH7.3～7.5の範囲内にあることを確認すること。

14.1.7 本剤は用時調製用の製剤であり、希釈調製後の透析液は速やかに使用すること。

14.1.8 残液は使用しないこと。

##### 14.2 薬剤使用時の注意

14.2.1 本剤は注射又は腹膜灌流に用いないこと。

14.2.2 血清浸透圧と透析液浸透圧とのバランスを保つこと。

14.2.3 透析液中の沈殿の有無を透析器前の透析液回路で確認し、沈殿を生じた透析液は使用しないこと。

##### 14.3 薬剤使用後の注意

本剤は他の酢酸含有重炭酸型透析液よりpHが高くなり、炭酸塩が析出するおそれがある。そのため、透析装置、配管等の酸洗浄を頻回に行うことが望ましい。

## 12. その他の注意

### (1) 臨床使用に基づく情報

設定されていない

### (2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

## Ⅸ. 非臨床試験に関する項目

### 1. 薬理試験

#### (1) 薬効薬理試験

「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」の項参照

#### (2) 安全性薬理試験

該当資料なし

#### (3) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

#### (1) 単回投与毒性試験<sup>7)</sup>

本剤を臨床使用時の濃度に希釈調製滅菌し、Wistar系ラットに50mL/kg/minの速度で尾静脈投与した時のLD<sub>50</sub>値は、雄105(93~117)mL/kg、雌218(197~237)mL/kgであった。

#### (2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

#### (3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

#### (4) がん原性試験

該当資料なし

#### (5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

#### (6) 局所刺激性試験

該当資料なし

#### (7) その他の特殊毒性

溶血性試験

注射剤の局所刺激性に関する研究班による「注射剤の局所障害性に関する試験法(案)」中の溶血性試験法及び日局輸液用プラスチック容器試験法中の溶血性試験法の2方法により、キンダリー透析剤AF2号の定量希釈液の溶血性の有無を検討した。前者の方法では試料量:血液量=10:1、37℃で30分間放置後、3000rpmで5分間遠心分離を行い、溶血の有無を肉眼的に観察するのに対し、後者の方では試料量:血液量=100:1、37℃で24時間放置後に肉眼的に観察することになっている。このように試料と血液の混合比率、接触時間の異なる2方法のいずれにおいても溶血性を示さなかった。

## X. 管理的事項に関する項目

### 1. 規制区分

製剤：処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

有効成分：該当しない

### 2. 有効期間

キンダリー透析剤 AF2 号：2 年

キンダリー透析剤 AF2P 号：3 年

### 3. 包装状態での貯法

室温保存

### 4. 取扱い上の注意

#### キンダリー透析剤 AF2 号

#### 20. 取扱い上の注意

20.1 液漏れの原因となるので、強い衝撃や鋭利なものとの接触等を避けること。

20.2 以下の場合には使用しないこと。

- ・容器表面（口部等）に結晶が認められる場合
- ・容器から薬液が漏れている場合
- ・A 液に変色が認められる場合
- ・キャップ部の保護シールがはがれている場合

#### キンダリー透析剤 AF2P 号

#### 20. 取扱い上の注意

20.1 液漏れ又は粉漏れの原因となるので、強い衝撃や鋭利なものとの接触等を避けること。

20.2 以下の場合には使用しないこと。

- ・A液容器表面（口部等）に結晶が認められる場合
- ・A液容器から薬液が漏れている場合やB末袋から粉末が漏れている場合
- ・A液に変色が認められる場合
- ・A液容器キャップ部の保護シールがはがれている場合

### 5. 患者向け資材

くすりのしおり：有り

英語版くすりのしおり：有り

患者向医薬品ガイド：なし

X. 管理的事項に関する項目

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：

(末2剤) キンダリー透析剤 2E (扶桑)

同効薬：

(液末剤)

キンダリー透析剤 AF3P 号、キンダリー透析剤 AF4P 号、キンダリー透析剤 AF5P 号 (扶桑)

AK-ソリタ透析剤・DP、AK-ソリタ透析剤・FP、カーボスター透析剤・M (エイワイファーマ＝陽進堂)

(液2剤)

キンダリー透析剤 AF3 号、キンダリー透析剤 AF4 号、キンダリー透析剤 AF5 号 (扶桑)

AK-ソリタ透析剤・DL、AK-ソリタ透析剤・FL、カーボスター透析剤・L (エイワイファーマ＝陽進堂) 等

7. 国際誕生年月日

不明

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

品目	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
キンダリー透析剤 AF2 号 (6L)	2009 年 6 月 30 日 (販売名変更 による)	22100AMX01550	1998 年 7 月 10 日	1998 年 9 月 21 日
キンダリー透析剤 AF2 号 (9L)			1989 年 6 月 2 日	1989 年 6 月 2 日
キンダリー透析剤 AF2P 号				

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬 (あるいは投与) 期間に関する制限は定められていない。

X. 管理的事項に関する項目

13. 各種コード

品目	HOT 番号	薬価基準収載 医薬品コード	個別医薬品コード (YJ コード)	レセプト電算 コード
キンダリー透析剤 AF2 号 (6L)	108223401	3410520A5032	3410520A5032	620822301
キンダリー透析剤 AF2 号 (9L)	108220301	3410520A1037	3410520A1037	620822001
キンダリー透析剤 AF2P 号	108221001	3410520A2033	3410520A2033	620822101

14. 保険給付上の注意

本剤は保険診療上の基礎的医薬品である。



# XI. 文 献

## 1. 引用文献

- 1) 松田正文 ほか：人工透析研究会会誌. 1979 ; 12 : 477-478
- 2) 扶桑薬品工業株式会社（安定性試験）社内資料
- 3) 阿部富弥 ほか：薬理と治療. 1987 ; 15 : 3299-3320
- 4) 社内資料：第1次臨床試験（1988年11月30日承認，申請資料概要（ト））
- 5) 阿部富弥 ほか：薬理と治療. 1987 ; 15, 3787-3812
- 6) 松村治：透析療法合同専門委員会編集委員会編：血液浄化療法ハンドブック [2022]  
協同医書出版. 2022 : 122
- 7) 和田浩 ほか：薬理と治療. 1986 ; 14 : 3199-3208

## 2. その他の参考文献

- 日本薬局方外医薬品規格（2002）  
第十八改正 日本薬局方解説書（2021）

## **X II . 参 考 資 料**

### **1 . 主 な 外 国 で の 発 売 状 況**

海外では発売されていない(2023年11月時点)

### **2 . 海 外 に お け る 臨 床 支 援 情 報**

該当資料なし

## XIII. 備 考

### 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

#### (1) 粉碎

該当しない

#### (2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

該当しない

### 2. その他の関連資料

該当資料なし