

新発売ご案内

処方せん医薬品
(注意—医師等の処方せんにより使用すること)

3室：大室・小室・空室
キット製品

ろ過型人工腎臓用補液

サブラッド®血液ろ過用補充液BSG

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこのほど薬価基準に新たに収載されました3室（大室・小室・空室）キット製品、ろ過型人工腎臓用補液サブラッド血液ろ過用補充液BSGを新発売させていただくことになりました。サブラッド血液ろ過用補充液BSGは未開通投与による医療事故防止対策を施したキット製品です。どうか在来の製品ともどもよろしくお引立て賜りますよう、お願い旁々ご案内申し上げます。

敬白

平成21年 5 月



組成・性状

1. 組成

サブラッド血液ろ過用補充液BSGは3室(大室、小室、空室)製剤のため、使用前に中央隔壁及びセーフゲート®(隔壁)を開通し、B液(大室)とA液(小室)を混合して使用する。

		1010mL	2020mL
B液 (大室)	組 成	707mL中	1414mL中
	塩化ナトリウム(NaCl)	5.65 g	11.30 g
	塩化カリウム(KCl)	60mg	120mg
	塩化カルシウム水和物(CaCl ₂ ・2H ₂ O)	259.9mg	519.8mg
	塩化マグネシウム(MgCl ₂ ・6H ₂ O)	102.7mg	205.4mg
	無水酢酸ナトリウム(CH ₃ COONa)	41.4mg	82.8mg
	ブドウ糖(C ₆ H ₁₂ O ₆)	1.01 g	2.02 g
添加物	希塩酸(pH調節剤)	適量	適量
A液 (小室)	組 成	303mL中	606mL中
	塩化ナトリウム(NaCl)	0.52 g	1.04 g
	塩化カリウム(KCl)	90mg	180mg
	炭酸水素ナトリウム(NaHCO ₃)	2.97 g	5.94 g

(裏面もごらん下さい。)



扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号

セーフゲートはテルモ株式会社の登録商標です。

2. 製剤の性状

B液（大室）：ポリプロピレン製バッグ入りの無色澄明の液である。
pH：3.8～3.9 浸透圧比：0.9～1.0
A液（小室）：ポリプロピレン製バッグ入りの無色澄明の液である。
pH：7.7～8.0 浸透圧比：0.9～1.0

作用・特徴 本剤は二槽バッグ製剤の未開通投与による医療事故の防止対策として薬液排出口部分にセーフゲート（隔壁）で仕切った空室を設けて、中央隔壁と共に開通しないと薬液が排出しないようにした製品です。

効能・効果 透析型人工腎臓では治療の持続又は管理の困難な慢性腎不全例に対するろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時ならびに治療時間の短縮を目的とするろ過透析型人工腎臓使用時の補充液として用いる。

用法・用量 通常、使用時A液及びB液を混和し、ろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時の体液量を保持する目的で点滴注入する。

投与はろ過液量と体液量とのバランスを保つように十分注意して行う。

通常成人1分間あたり30～80mLの投与速度で症状、血液生化学異常、電解質・酸塩基平衡異常、体液バランス異常等が是正されるまで行う。通常1回のろ過型人工腎臓治療では15～20Lを4～7時間で投与する。また、透析型人工腎臓と併用する場合には、5～10Lを3～5時間で投与する。

なお、投与量は症状、血液生化学値、体液異常、年齢、体重などにより適宜増減する。

<混合後の糖・電解質濃度（理論値）>

電 解 質 濃 度 (mEq/L)							ブドウ糖 (mg/dL)
Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	HCO ₃ ⁻	C ₆ H ₁₂ O ₆
140.0	2.0	3.5	1.0	111.5*	0.5	35	100.0

*pH調節剤 希塩酸のCl⁻ 約0.5mEq/Lを含む。

使用上の注意 製品添付文書をごらん下さい。
規制区分 処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）
貯 法 室温保存
使用期限 3年


メーカーコード [197]

品 名	規格・包装	統一商品コード	薬価基準	包装薬価		梱包単位	備 考
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL 10キット	3 0 4 1 8 9	円 876	円 8,760		1	
	2020mL 5キット	3 0 4 1 9 6	1,305	6,525		1	

品 名	規格・包装	個 装	
		重量 (kg)	縦×横×高さ (mm)
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	1010mL 10キット	1 2.1	2 6 5 × 4 8 1 × 2 2 9
	2020mL 5キット	1 1.5	3 2 1 × 3 4 5 × 2 2 4

規格・包装	調剤コードシンボル	JANシンボル	販売コードシンボル
1010mL 10キット	 (01)04987197304059	 4 987197 304189	 (01)14987197304186
2020mL 5キット	 (01)04987197304066	 4 987197 304196	 (01)14987197304193

B液（大室）・A液（小室）混合操作方法



使用時に外袋を開封し、隔壁が開通していないことを確認して下さい。すでに隔壁が開通している場合は使用しないで下さい。なお、空室には無菌保証のため、少量の注射用水が封入されています。

大室を手前にして台の上に置き、大室の両端を巻き込むように両手でつかみ、隔壁に向かって強く絞り込むように圧力を加え、中央隔壁及びセーフゲート（隔壁）を開通して下さい。全ての隔壁が開通していることを確認して下さい。

吊り下げ部とポート部を持ち、2～3回上下に転倒させてA・B液を混合して下さい。

開通後はオーバーシール（ゴム栓部シール）をはがし、使用して下さい。