

安定性試験（長期保存試験）

製品名：キンダリー透析剤 AF5P 号
 容量：A液 10L
 B末 882g
 容器：A液 ポリエチレン製容器
 B末 ポリエチレン製袋
 保存形態：最終包装
 試験期間：3年
 保存条件：25°C±2°C、60%RH±5%RH

結論：

本品はすべての試験項目において規格に適合しており、特に苛酷な条件で保存しない限り、3年間の品質を保証できるものとする。

結果：

表1 A液 10L

3ロットの平均値

試験項目		開始時	1年	2年	3年
性状	外観	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液
	浸透圧比 (35倍希釈時)	0.8	0.8	0.8	0.8
確認試験 ^{1)~7)}		適合	—	適合	適合
pH		適合	適合	適合	適合
純度試験	重金属	適合	—	適合	適合
	ヒ素	適合	—	適合	適合
	鉄	適合	—	適合	適合
	5-ヒドロキシメチルフルフラール類	適合	適合	適合	適合
エンドトキシン ⁸⁾		限度内	—	限度内	限度内
採取容量		適合	—	適合	適合

試験項目		開始時	1年	2年	3年
定量法 (開始時を100%とした時の値)	塩化ナトリウム	100.0	99.8	99.7	99.9
	ナトリウム	100.0	99.9	99.9	100.1
	塩化カリウム	100.0	100.2	100.4	100.1
	塩化マグネシウム	100.0	99.7	100.2	101.0
	塩化カルシウム水和物	100.0	99.7	100.2	100.0
	酢酸	100.0	100.0	100.4	99.8
	ブドウ糖	100.0	100.1	100.3	100.1

— : 実施せず

- 1) 日局一般試験法 ナトリウム塩の定性反応
- 2) 日局一般試験法 カリウム塩の定性反応
- 3) 日局一般試験法 カルシウム塩の定性反応
- 4) チタンエローによるマグネシウム塩のレーキ生成法
- 5) 日局一般試験法 塩化物の定性反応
- 6) 日局一般試験法 酢酸塩の定性反応
- 7) ブドウ糖：フェーリング反応
- 8) 混合液として実施

表 2 B 末 882g

3 ロットの平均値

試験項目		開始時	1 年	2 年	3 年
性状		白色の結晶	白色の結晶	白色の結晶	白色の結晶
確認試験 ^{1)、2)}		適合	—	適合	適合
pH		適合	適合	適合	適合
純 度 試 験	溶状	適合	—	適合	適合
	塩化物	適合	—	適合	適合
	炭酸塩	適合	—	適合	適合
	アンモニウム	適合	—	適合	適合
	重金属	適合	—	適合	適合
	ヒ素	適合	—	適合	適合
エンドトキシン ³⁾		限度内	—	限度内	限度内
定量法 炭酸水素ナトリウム (開始時を 100%とした時の値)		100.0	100.1	100.5	99.6

—：実施せず

1) 日局一般試験法 ナトリウム塩の定性反応

2) 日局一般試験法 炭酸水素塩の定性反応

3) 混合液として実施